



FCTQ1-Modul ATS-AC-EX-PF270-500VA, Art.-Nr.: 201807

Technische Daten

Versorgungsspannung

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Einstellbereich | 10,0 – 270,0 V AC |
| Auflösung, Digit | 0,1 V |
| Einstellunsicherheit, Genauigkeit | 1 % vom Einstellwert +/- 2 Digits |
| Kurvenform | Sinusförmig |
| Netz | 1-phasig |

Frequenz

| | |
|------------------|----------------|
| Einstellbereich | 45,0 – 65,0 Hz |
| Auflösung, Digit | 0,1 Hz |

Strom

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Max. Strom | 2 A, kurzfristig 2,5 A, max. 500 VA |
|------------|-------------------------------------|

Sonstiges

| | |
|--------------------|---|
| Quelle | Elektronische Quelle |
| Sicherung | abgesichert mit Sicherung 10 A, kurzschlussfest |
| Kurzschlussprüfung | Die Prüfung erfolgt aus einer elektronischen Quelle mit 60 Volt AC |
| Sicherheit | Hardwaremäßiger Sicherheitskreis vorhanden |
| Erdbezug | Potentialfrei über Trenntrafo, nicht potentialfrei in Verbindung mit einem Ableitstromprüfmodul |