




---

## Produktblatt

# ISOE-Modul, Erweiterungsmodul f. ISO-Modul DCxx-CL, Widerstands- Grenzwert bis 5000 MOhm

## Produktbilder

---



# Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer

211106

## Kurzbeschreibung

---

- Widerstands-Grenzwerte einstellbar von 0,5 - 5000 MOhm
- Bei hohen Isolationswiderständen kann der Prüfaufbau einen erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit und somit auf den Messwert haben.

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).