



---

## Produktblatt

# Signalleuchte WK400-NG-SL, Säulenversion

## Produktbilder

---



## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer

WK400-NG-SL abhängig von Kabellänge

## Kurzbeschreibung

---

Zustände der Signalleuchte gemäß EN 50191:

- Zustand BETRIEBSBEREIT (grüne Lampe leuchtet): Gerät ist eingeschaltet, Sicherheitskreis offen.
- Zustand EINSCHALTBEREIT (rote Lampe leuchtet): Sicherheitskreis geschlossen.
- Zustand IN BETRIEB (rote Lampe blinkt): Sicherheitskreis geschlossen, Prüfung läuft.

Die Lampen sind säulenförmig übereinander angeordnet und können über eine Rohrverlängerung sehr gut sichtbar angebracht werden. Die Signalleuchtenkombination muss vom Kunden angeschraubt werden.

- Für Serie 400
- 24 V Version
- Mit Stecker für den direkten Anschluss an das Prüfgerät
- Kabellänge wählbar:

| Kabellänge | Artikelnummer |
|------------|---------------|
| 3 m        | 210955        |
| 10 m       | 211055        |

- Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).