



Produktblatt

Sicherheitskreisstecker Serie 400 kompl. für manuellen Betrieb

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer

204721

Kurzbeschreibung

- Für den manuellen Betrieb des Prüfsystems (zum Beispiel mit Prüfpistolen gemäß EN 50191 oder für Wartungs- und Kalibrierarbeiten) muss der Sicherheitskreis mit 2 Brücken (PIN 4-5 und Pin 6-7) ausgestattet werden
- Das Schließen des Sicherheitskreises erfolgt von Hand über die Taste "LOCK" am Frontpanel des Geräts
- 8-polig

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.