



Produktblatt

HV-Kabel HVC100KS-KS, mit 2 soliden Kabelschuhen

Produktbilder





Technische Übersicht

Artikel-Nummer	HVC100KS-KS abhängig von Kabellänge
Pole	Einpolig
Stecker	solider Kabelschuh

Kurzbeschreibung

- HV-Kabel 1-polig, schwarz (D = 9,5 mm)
- Prüfspannung: 180 kV DC nach EN 50176
- 1. Solider Kabelschuh, zum Kontaktieren bzw. Anschrauben z.B. am HV-Tubus des Prüfgerät
- 2. Solider Kabelschuh, zum Kontaktieren bzw. Anschrauben z.B. an einer Kontaktzange oder eines Kopplungsprismas
- max. Betriebsspannungen:
 - 100 kV AC / 150 kV DC, max. 1,0 A
 - bei festen Anschlüssen
- NICHT FÜR HANDGEFÜHRTE PRÜFUNG!

- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikel-Nummer
2 m	203246
3 m	206442
5 m	206697
10 m	206444

Weitere Längen auf Anfrage verfügbar.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.