



---

## Produktblatt

# Signalleuchte WK400-NG, Tischversion mit LEDs

## Produktbilder

---



## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer

Signalleuchte WK400-NG Tischversion LEDs abhängig  
von Kabellänge

## Kurzbeschreibung

---

Zustände der Signalleuchte gemäß EN 50191:

- Zustand BETRIEBSBEREIT: Grüne Lampe leuchtet
  - Gerät ist eingeschaltet, Sicherheitskreis ist offen
- Zustand EINSCHALTBEREIT: Rote Lampe leuchtet
  - Sicherheitskreis geschlossen
- Zustand IN BETRIEB: Rote Lampe blinkt
  - Sicherheitskreis geschlossen, Prüfung läuft

Die Lampen sind nebeneinander auf einem schmalen Grundkörper angebracht und können ohne Befestigung auf eine Fläche gestellt werden:

- Für Serie 400-NG, 24 V Version
- mit Stecker für den direkten Anschluss an das Prüfgerät
- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikelnummer
2 m	210930
3 m	211059
10 m	211033

Weitere Kabellängen auf Anfrage verfügbar.

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).